

## 質問及び回答内容

令和5年4月19日

高速液体クロマトグラフシステム（HPLC）一式賃貸借契約の一般競争入札に関する質問について、次のとおり回答します。

質問内容	回答内容
<p>【仕様書第2章 5. 保証について】 無償保証期間中に1回、無償で定期点検を行うこととありますが、高速液体クロマトグラフ分析装置、ケルダール蒸留装置、ケルダール分解器、薬品保冷庫それぞれについて点検を行わなければならないのでしょうか。</p>	<p>高速液体クロマトグラフ分析装置のみで結構です。</p>
<p>【仕様書第2章 5. 保証について】 納入後1年間の無償保証期間が終了した後、リース期間中の保守は契約に含まないのでしょうか。</p>	<p>高速液体クロマトグラフ分析装置のみ契約に含まれます。</p>
<p>【業務実績調書について】 契約実績は公告日から過去2年間以内に契約締結及び賃貸借契約を開始した実績の提出で宜しいでしょうか（現在、契約期間中の契約も含める）。</p>	<p>過去2年間において締結し、1回以上支払いが完了している契約であれば、実績に含めていただいて構いません。</p>
<p>【契約書 第5条について】 賃貸借料の支払いについて、各年度の支払いスケジュールをご教示ください。</p>	<p>賃貸借契約書（長期継続契約）（案）第5条のとおりです。</p>
<p>【契約書 第5条について】 賃貸借料の支払いについて、初年度は7～9月分を10月末支払い、以降は毎年4月末、10月末に半年分（各6ヶ月分）の支払い、最終回は4～6月分を7月末支払いで宜しいでしょうか</p>	<p>賃貸借契約書（長期継続契約）（案）第5条のとおりです。</p>